



POLITECNICO
MILANO 1863

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAMERA CLIMATICA PER TEST BATTERIE AL LITIO CON SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI - CIG 80121657B7

VERBALE DI VERIFICA DELLA OFFERTE TECNICHE

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Generale Repertorio 5865/2019 protoc. n. 137966 del 02/08/2019 è stata indetta procedura telematica di gara per l’affidamento della “FORNITURA DI CAMERA CLIMATICA PER TEST BATTERIE AL LITIO CON SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI”;
- che risultano tempestivamente depositate sul sistema informatico di gestione gare del Mercato Elettronico della PA di Consip, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, n. 2 offerte da parte del seguente concorrente:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/09/2019 09:08:51
2	FKV SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	25/09/2019 17:34:34

Verificata quindi la correttezza della documentazione amministrativa presentata, come da verbale Rep. 95 Prot. n. 0165578 del 03/10/2019, si è proceduto alla verifica da parte del RUP della documentazione tecnica dei due concorrenti ammessi al prosieguo della gara.

Dopo il controllo delle caratteristiche dichiarate da parte della società ANGELANTONI si accerta la non rispondenza di quanto dichiarato nell’allegato 3 “Requisiti Sistema di Sinterizzazione” rispetto ai punteggi attribuiti al criterio c) Velocità media di variazione della temperatura [secondo normativa IEC 60068-3-5] in riscaldamento; alla velocità dichiarata di 4.5 K/min corrisponde infatti un punteggio pari a 7 punti, mentre in piattaforma è stato indicato dal concorrente il punteggio di 14 punti previsto nel caso di velocità > a 4,5K/min.

Dalla verifica di quanto indicato nell’Allegato 3 si appura inoltre la non rispondenza di quanto offerto rispetto ai requisiti obbligatori indicati nel disciplinare di gara all’art. 1 nella sezione “Accessori”.

In particolare nel disciplinare di gara viene richiesto che la camera climatica abbia:

- n. 2 fori passanti laterali da 100 mm sul lato sinistro e n. 2 fori passanti laterali da 100 mm sul lato destro.

A riguardo si specifica inoltre che tale requisito è stato oggetto del chiarimento “risposte a Quesiti 3” laddove veniva indicato quale condizione necessaria “*omissis*... che il prodotto disponga di due fori per lato di 100 mm ciascuno.. *omissis*”.

Visto quanto sopra indicato il prodotto offerto dalla ditta ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL non soddisfa i requisiti minimi richiesti e si procede pertanto all'esclusione della stessa dal prosieguo della gara.

Il presente verbale è composto da n. 2 (due) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì 09/10/2019

Il RUP
Prof. Andrea Casalegno

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.