



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

AREA GESTIONE  
INFRASTRUTTURE E  
SERVIZI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI UN DIFFRATTOMETRO PER FILM SOTTILI A FASCIO  
PARALLELO - CIG 87160296AA**

**QUESITI 1**

D1) Con riferimento al capitolato tecnico pag. 3, si evince che: “incluso nella fornitura il sistema di raffreddamento con chiller esterno o, preferibilmente, tramite interfaccia con sistema di acqua di raffreddamento a ricircolo presente nel laboratorio”. Al fine di poter dimensionare in modo opportuno l'interfaccia con il vs sistema di acqua di raffreddamento a ricircolo, avremo cortesemente bisogno delle specifiche della vs acqua di ricircolo ossia temperatura, pressione e portata.

*R1) Si riportano di seguito le specifiche del sistema di acqua di raffreddamento a ricircolo presente in laboratorio:*

- temperatura: 18 gradi centigradi*
- pressione massima: 6 bar*
- portata massima: 10 litri / minuto*