



1

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA IN ULTRA-ALTO VUOTO PER EPITASSIA DA FASCI MOLECOLARI (MBE) SU PICCOLI CAMPIONI XPS/UPS, ARPES

**CIG 98929142E5
CUP B53C220043100062,**

**VERBALE DI GARA N. 1
della seduta del 28/09 /2023**

Il giorno **28** del mese di **settembre** dell’anno **2023**, alle ore **16:30**, presso la **Sala Riunione** del Laboratorio **POLIFAB**, Edificio 30, sito in Milano, via G. Colombo, 81

PREMESSO

che con Determina Direttoriale, Rep. n. 6704/2023 Prot. n. 139215 del 15/06/2023, è stata indetta la gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura di sistema in ultra-alto vuoto per epitassia da fasci molecolari (MBE) su piccoli campioni XPS/UPS, Arpes - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con Decreto del Direttore Generale, Prot n.0208499 del 13/09/2023, è stata costituita la Commissione giudicatrice composta da:

Prof. Edoardo Albisetti – Presidente
Prof. Alberto Tagliaferri – Componente
Dott. Marco Asa – Componente
Dr.ssa Giuseppina Maggioni - Segretario verbalizzante

- che risultano tempestivamente depositate sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel del portale ARIA - Regione Lombardia, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, n. 1 (*uno*) offerte telematiche, come accertato con verbale a firma del RUP Rep. n.226/2023, Prot. n. 196675 del 29/8/2023:

PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1690463190350	SPECS Surface Nano Analysis GmbH	Forma singola	giovedì 27 luglio 2023 15.06.30 CEST	Valida

- che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019 e come previsto all'art. 25 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa; solo successivamente il RUP, in seduta riservata, procederà alla verifica della documentazione amministrativa in capo al concorrente risultato primo in graduatoria.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, la Commissione giudicatrice, come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, procede alla verifica delle offerte tecniche presentate dai soggetti offerenti.

Il Presidente ricorda che, come previsto dal par. 20 del Disciplinare di gara, l'aggiudicazione avverrà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016.

1. Verifica requisiti minimi inderogabili

Prima di procedere all'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione esamina l'Allegato B "*Requisiti minimi inderogabili_ fornitura di un sistema in ultra-alto vuoto per epitassia da fasci molecolari (MBE) su piccoli campioni XPS/UPS, Arpes*" e le schede tecniche presentate in gara dall'operatore economico **SPECS Surface Nano Analysis GmbH** al fine di verificare la rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi inderogabili descritti all'art. 1.1 dell'A al Disciplinare "Capitolato speciale" ed esprime le seguenti valutazioni:

La Commissione nel verificare la rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi inderogabili non trova corrispondenza rispetto al criterio **2) Camera di introduzione (load-lock)** e precisamente **al punto 2.5 "Vacuometro full-range da 10⁻¹⁰ mbar a pressione ambiente."**

Nell'allegato B viene confermato dall'Operatore economico **SPECS Surface Nano Analysis GmbH** che il valore specifico del fondo scala del Vacuometro fornito è 10⁻¹⁰ mbar mentre nella relazione tecnica viene riportato un valore pari a 10⁻⁹ mbar.

La Commissione si riserva di chiedere attraverso il RUP un chiarimento interpretativo rispetto a questo punto.

Visto che il documento “Elementi di controllo principio DNSH” non riguarda la valutazione tecnica delle caratteristiche dello strumento offerto, la Commissione decide di procedere nella valutazione dell’Allegato E

3

Verifica check list DNSH - All. E

La Commissione constata che tra i documenti dell’offerta tecnica presentati dall’operatore economico **SPECS Surface Nano Analysis GmbH** è presente la check list “Elementi di controllo principio DNSH” di cui all’All. E debitamente compilata come indicato al par. 32.1 del Disciplinare di gara.

Rispetto all’allegato E, si rileva che nell’allegato inserito a sistema, **SPECS Surface Nano Analysis GmbH** dichiara la non applicabilità della di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate senza darne corretta motivazione.

Pertanto la Commissione comunica al RUP di inviare all’Operatore Economico la richiesta di una integrazione all’allegato E che dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 5 giorni.

Alle ore **17:30** il Presidente dichiara chiusa la seduta, che viene aggiornata alle ore **10.00** del **06/10/2023** per la trattazione dei criteri previsti dal Disciplinare di gara, in modalità telematica attraverso l’ausilio della piattaforma Microsoft Teams.

La documentazione relativa alla procedura di gara è conservata nel sistema telematico e-procurement SINTEL di ARIA - Regione Lombardia.

Il presente verbale è composto da n 3 (tre) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li 28/09/2023

Presidente - Prof. Edoardo Albisetti _____

Commissario -Prof. Alberto Tagliaferri _____

Commissario - Dott. Marco Asa _____

Segretario verbalizzante - Dott.ssa Giuseppina Maggioni _____